



## ZSI 100 CF IMPLANTE PENIANO MACIO




Mais informações em:  
[www.zsimplants.ch](http://www.zsimplants.ch)

A solução para a disfunção Neuro-Eréttil  
Apoio para problemas de Neuro-Urologia






# ZSI 100 CF




## ANATOMIA

Os cilindros do implante peniano ZSI 100 CF são inseridos nos corpora cavernosa (corpos cavernosos), em ambos os lados do pênis. O tecido interno dos corpora cavernosa (corpos cavernosos), onde anteriormente o sangue teria inundado e causado a ereção do pênis, é achatado com dilataadores para criar espaço para a prótese. O implante peniano ZSI 100 CF não afecta a capacidade dos pacientes de urinarem ou ejacularem, nem afeta a sensibilidade natural do pênis ou da glândula.




## RIGIDEZ PARA A RELAÇÃO SEXUAL

2 cilindros de ZSI 100 CF flexível - disponíveis em diferentes diâmetros de 9 a 13mm - proporcionam rigidez suficiente para permitir que um paciente tenha relações sexuais.




## REVESTIMENTO PVP

O revestimento PVP do ZSI 100 CF + antibióticos ajudam a combater a infecção.




## IMPLANTE PENIANO FLEXÍVEL E MACIO

Pressionar a extremidade de um pênis implantado com a prótese peniana macia ZSI 100 CF faz com que o mesmo se dobre normalmente.




## CONFORTO DO PACIENTE

O ZSI 100 CF é flexível, permitindo um conforto peniano ótimo.



## O IMPLANTE PENIANO MALEÁVEL PODE SER DEMASIADO RÍGIDO

O ZSI 100 CF é flexível, permitindo um conforto peniano ótimo na posição sentada.



## SOLICITE O TESTE DO IMPLANTE

Lembre-se de testar o implante peniano macio que pretende adquirir, seguindo os passos abaixo indicados.




Teste a flexibilidade para conforto



Teste a rigidez para a relação sexual. Teste sempre as duas hastes unidas.


## RELAÇÕES SEXUAIS

Os homens com uma doença ou lesão medular podem ter disfunção erétil devido à perturbação dos circuitos nervosos envolvidos nas ereções. Um par de implantes penianos macios ZSI 100 CF, inseridos nos corpos cavernosos, oferecem o mínimo de 500g de resistência à pressão necessária para uma relação sexual bem sucedida.




## APÓS AS RELAÇÕES SEXUAIS

Após as relações sexuais, o pênis dobra-se facilmente com roupa interior e calças.




## FACILITADA A CATETERIZAÇÃO AUTO-INTERMITENTE


A bexiga neurogénica é geralmente gerida por cateterização crónica, cateterização intermitente, ou drenagem urinária externa. Muitos pacientes não têm destreza para realizar cateterização auto-intermitente e isto pode levar à perfuração uretral, especialmente quando um paciente tem um pênis retraído. A cateterização intermitente efetuada por outra pessoa não é geralmente bem aceite. O implante peniano macio alinha a uretra, tornando a cateterização auto-intermitente mais fácil e segura.




## AJUDAR A MANTER A BAINHA PENIANA NO LUGAR



A bexiga neurogénica é geralmente controlada por cateterização crónica, cateterização intermitente, ou dispositivos de drenagem da bexiga peniana. A atrofia peniana devido a disfunção erétil crónica, retração peniana reflexa e flexão pélvica torna problemática a manutenção de dispositivos externos de drenagem urinária.



Os implantes penianos macios podem ser úteis para manter dispositivos externos de drenagem urinária sobre o pênis, especialmente permitindo a sua colocação adequada e reduzindo a incidência de lacerações cutâneas frequentes que requerem cateteres de Foley.



## SEGURO EM MRI E DIGITALIZADORES DE AEROPORTO

Pode viajar com o seu ZSI 100 CF. Não pode ser detetado por digitalizadores de aeroporto. O ZSI 100 CF também é seguro em digitalizadores médicos.

